

Nr zapytania ofertowego: TZ. 220.18.2026.ZO.5E

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB- Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek- 1 zestaw

Treść zapytań wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści termomikser:

1. Posiadający wysokość $h = 154\text{mm}$
2. Wążący $\leq 10\text{ kg}$
3. Bez możliwości równoległej inkubacji dwóch zestawów próbek z niezależną kontrolą temperatury i funkcją grzania (pkt. 15 SWZ)

Spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego z opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w OPZ/SWZ, w tym w szczególności dotyczące maksymalnych gabarytów i masy urządzenia (wysokość nie większa niż 150 mm, masa nie większa niż 7 kg) oraz możliwości równoległej inkubacji dwóch zestawów próbek z niezależną kontrolą temperatury i funkcją grzania (pkt 15 OPZ/SWZ).

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.